

先生各位

マイクロアレイ血液検査結果報告に関するご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記検査項目におきまして、測定委託先より以下の理由により結果報告に遅延が見込まれる旨の連絡がございましたのでご案内申し上げます。

使用試薬につきまして、4月に納入された最新の試薬ロットを使用した際、検査の判定アルゴリズムに関わる遺伝子の発現パターンが通常とは異なるパターンを示し、現在、判定ができない状態となっております。原因究明および別ロットの試薬確保に努めておりますが、検査結果報告に遅延が見込まれております。

今後の検査結果報告状況につきましては、随時ご案内させていただければと存じます。

先生方には大変ご迷惑をおかけいたしますが、事情をご理解いただき、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■対象検査項目

マイクロアレイ血液検査(血液RNAチェック消化器がん)

■対象検体

2025年4月15日(火)ご依頼分より

今後の検査結果報告状況につきましては、随時ご案内させていただきます。

検査の受託は継続して行っておりますが、ご依頼いただく際は報告遅延の状況をご了承の上、ご出検くださいますようお願い申し上げます。

ご質問・お問い合わせ等ございましたら、弊社お客様窓口または貴院担当営業までお申し付け下さい。