

検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、
厚くお礼申し上げます。

この度、下記に掲げる検査項目におきまして、検査内容を変更させていただきたく
ご案内申し上げます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■実施日 2026年 1月 5日(月)ご依頼分より

■変更項目および変更内容

案内書 掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	変更箇所	新	現	備考
143	8C933	UGT1A1多型解析 	検査方法 所要日数	PCR法 5~6日	インベーダー法 7~11日	測定委託先における変更のため。 (現行試薬の販売中止)

※UGT1A1の遺伝子多型は現行法と同じく*28、*6のみを検出対象とし、他の遺伝子多型の検出は行いません。

新現二法の相関

● UGT1A1 *28遺伝子多型

		現法			
		-/-	-/*28	*28/*28	判定不能
新法	-/-	22	0	0	0
	-/*28	0	20	0	0
	*28/*28	0	0	8	0
	判定不能	0	0	0	0

一致率: 100% (50/50)

● UGT1A1 *6遺伝子多型

		現法			
		-/-	-/*6	*6/*6	判定不能
新法	-/-	23	0	0	0
	-/*6	0	19	0	0
	*6/*6	0	0	8	0
	判定不能	0	0	0	0

一致率: 100% (50/50)

(委託先検討データ)

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは当社インフォメーションまでお申し付けください。